



**ACTA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
CEAJ-DSOPT-SPTAR-004/2020
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

"ADQUISICIÓN DE GUANTES DE NITRILO"

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 trece horas del día 11 de mayo del 2020, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración, Jurídico e Innovación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ubicada en la Avenida Alemania No. 1377, de la Colonia Moderna, los interesados en participar en el desahogo de la presente Junta de Aclaraciones derivada de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CEAJ-DSOPT-SPTAR-004/2020 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ "ADQUISICIÓN DE GUANTES DE NITRILO."**

Contándose con la asistencia del C. Hermilio de la Torre Delgadillo- Subdirector de Servicios Generales, la Lic. Martha Leticia Márquez Tapia – Jefe de Compras Gubernamentales, Biol. Maria de la Torre Castañeda (Enlace del Área Requirente) de la Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y la C. Luisa Fernanda López Saldaña- Auxiliar de Compras.

Informándose que se recibieron las preguntas al punto 5 de las BASES de la empresa interesada en participar en la Licitación CEAJ-DSOPT-SPTAR-004/2020, sin concurrencia del Comité siendo las que a continuación se le brindará las respuestas correspondientes:

EMPRESA: PACKLIFE S.A. DE C.V.

PREGUNTAS:

ANEXO 1

1.- ¿Los guantes pueden cotizarse en color negro?

Respuesta: El Licitante podrá ofertar guantes en color negro en las tres partidas. En las tallas solicitadas, en cada una de las partidas, Sin embargo:

Deberán ser de Nitrilo, Libres de Polvo, Resistentes a los químicos como son el Ácido Sulfúrico, Ácido Clorhídrico, Ácido Nítrico, Ácido Fosfórico, Cloroformo, y Acetona, por mencionar algunos químicos. Por lo que estos guantes guardan una resistencia química.

Deberá ser un producto equivalente al modelo 92-600 NBR.

ESTA HOJA FORMA PARTE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
CEAJ-DSOPT-SPTAR-004/2020 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

"ADQUISICIÓN DE GUANTES DE NITRILO"
CELEBRADA EL 11 DE MAYO DEL 2020.

Página 1 de 2




Aclarando que los artículos a licitar son utilizados en pruebas de análisis de agua como los nitrógenos de nitratos, fósforo total.

La digestión de metales pesados, Fluoruros que llevan en su integración estos reactivos durante el manejo y proceso de muestras.

La durabilidad y resistencia química de estos guantes no es lo mismo a cuando son de hule o látex o de alguna otra composición.

Además son para diferentes aplicaciones: Uso Quirúrgico, Limpieza y Laboratorios Clínicos.

Asimismo se hace constar que no se presentaron más preguntas para la celebración de la junta aclaratoria, por lo que no habiendo más aclaraciones que realizar y que no se tienen más dudas con relación a las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CEAJ-DSOPT-SPTAR-004/2020 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ objeto del mismo, se da por terminada la Junta Aclaratoria de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CEAJ-DSOPT-SPTAR-004-2020 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ "ADQUISICIÓN DE GUANTES DE NITRILO" a las 13:15 trece horas con quince minutos, firmando en esta acta los que intervinieron y quisieron hacerlo.


NOMBRE	FIRMA
C. Hermilio de la Torre Delgadillo Subdirector de Servicios Generales Titular Unidad Centralizada de Compras	
Lic. Martha Leticia Márquez Tapia Jefe Compras Gubernamentales	
Biol. María de la Torre Castañeda Jefe del Laboratorio (Enlace del Área Requirente de la Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales)	
C. Luisa Fernanda López Saldaña Auxiliar de Compras	



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, JURÍDICO E INNOVACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES (UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS)



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CEAJ-DSOPT-SPTAR-004/2020 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
"ADQUISICIÓN DE GUANTES DE NITRILO"
ACTA JUNTA DE ACLARACIONES



11/05/2020
13:00 HRS.
Registro a partir de las
12:45 PM.

HORA REGISTRO	NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA/MORAL (RAZÓN SOCIAL)	NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE COMPLETO DEL ASISTENTE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NUMERO DE TELÉFONO	FIRMA

No ASISTIERON.