



**ACTA DE ACLARACIONES
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL PRESENCIAL
IA-914029972-E3/2021,
CEAJ-DSOPT-SPTAR-PRODDER-02-2021.**

**“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACIÓN DE
LABORATORIO”**

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 (diez) horas del día 29 veintinueve de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección Administrativa, Jurídica e Innovación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ubicada en la Avenida Alemania No. 1377 de la Colonia Moderna, los interesados en participar en el desahogo de la presente Acta de Aclaraciones derivado del procedimiento de **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914029972-E3/2021, CEAJ-DSOPT-SPTAR-PRODDER-02-2021 “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO”**

Contándose con la asistencia del L.A. Hermilio de la Torre Delgadillo- Subdirector de Servicios Generales, la Lic. Martha Leticia Márquez Tapia – Jefe de Compras Gubernamentales, el Ing. Victor Ignacio Méndez Gómez – Subdirector de Plantas de Tratamiento y Aguas Residuales de la Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (Área Requirente), haciéndose constar conforme al registro que no se presentó ninguna empresa al Acto de Junta de Aclaraciones.

Por lo que de conformidad con los artículos 45 y 77 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y punto número 4 de las Bases del Proceso de **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914029972-E3/2021, CEAJ-DSOPT-SPTAR-PRODDER-02-2021 “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO”**, se recibieron los cuestionamientos de una de las empresas interesadas en participar en el procedimiento de invitación referido, por lo que en el presente acto se procede a otorgarse la respuesta correspondiente a la pregunta siguiente:

LAB TECH INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.

PREGUNTA:

1.- Anexo Técnico: Partida 4 indica que se cotice un equipo Medidor pH/mV/RmV/ORP/ Temp modelo STAR 2105, pero esto no existe el modelo que hay es el STAR2116, favor de indicar si es un error de dedo y debe decir STAR2116.

Se indica los resultados de la página web donde Thermo indica que no existe el modelo STAR2105

Respuesta. - Se aclara a los interesados en participar en el presente procedimiento de **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914029972-E3/2021, CEAJ-DSOPT-SPTAR-PRODDER-02-2021 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO"** que ese modelo no es y no existe, el modelo correcto debe de decir "MEDIDOR ORION DE MESA MODELO **STAR A2115** DE PH/mV/RmV/ORP TEMPERATURA KIT", no omito mencionar que en dado caso no lo hubiera, puede ser también el "MEDIDOR ORION DE MESA MODELO **STAR A2116** DE PH/mV/RmV/ORP TEMPERATURA KIT", o bien algún equipo similar que cumpla con las especificaciones mínimas requeridas en las Bases y se encuentre certificado dentro del catálogo de la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. y/o CONAGUA para su uso en el Laboratorio Limnológico de la Comisión Estatal del Agua.

Por lo anterior, quedan contestadas y aclaradas las preguntas entregadas en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en las Bases del procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial, por lo que no habiendo más aclaraciones que realizar y que no tienen dudas con relación al procedimiento de licitación referido materia del presente acto, se da por terminada el Acta Aclaratoria del procedimiento de **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA-914029972-E3/2021, CEAJ-DSOPT-SPTAR-PRODDER-02-2021 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO"**, a las **10:20 diez horas con veinte minutos**, firmando en esta acta los que intervinieron y quisieron hacerlo.

NOMBRE	FIRMA
L.A. Hermilio de la Torre Delgadillo Subdirector de Servicios Generales (Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con Recursos Federales)	
Lic. Martha Leticia Márquez Tapia Jefe de Compras Gubernamentales Subdirección de Servicios Generales	
Ing. Victor Ignacio Méndez Gómez Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento. (Área Requirente)	